



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.38.001.A № 49165

Срок действия до 14 декабря 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

**Дозиметры гамма-излучения наручные ДКГ-PM1603A, ДКГ-PM1603B**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

**ООО "СофтЭксперт", г. Москва, г. Зеленоград**

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 52114-12

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

**СУДЕ.412113.000.01РЭ, раздел 5**

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 декабря 2012 г. № 1133

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства



Ф.В.Булыгин

..... 2012 г.

Серия СИ

№ 007856

**Срок действия до 30 октября 2022 г.**

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **30 октября 2017 г. № 2283**

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства

С.С. Голубев



" 09 " 11 ..... 2017 г.